

「ER・ICU 診療を深める 2 リアル血液浄化<1 版 1 刷>」正誤表
(2015 年 12 月現在)

このたびは「ER・ICU 診療を深める 2 リアル血液浄化<1 版 1 刷>」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

19 頁 下から 11 行目

- (誤) 除水量 = 透析液ポンプ流量 - 排液ポンプ流量
(正) 除水量 = 排液ポンプ流量 - 透析液ポンプ流量

96 頁 下から 1 行目

- (誤) 重症敗血症が適応であり心不全・腎不全などに適応はありません。注意しましょう。
(正) 適応に従来の急性循環不全・呼吸不全などによる急性腎不全・慢性腎不全に加えて、尿量があり AKI を伴わない敗血症に対しても Non-renal indication としての使用が可能です。

121 頁 図 13

- (誤) 降圧ゾーン
(正) 陰圧ゾーン

156 頁～161 頁

【頁全体を以下の最新内容版 PDF と差し替え】

<http://www.chugaiigaku.jp/images/ERICU2/156-161.pdf>

200 頁 下から 3 行目

- (誤) 括弧内は第 3 四分位数。
(正) $IQR = \text{第 3 四分位数} - \text{第 1 四分位数}$ 。

201 頁 上から 8 行目

- (誤) 括弧内は第 3 四分位数
(正) 括弧内は $IQR (= \text{第 3 四分位数} - \text{第 1 四分位数})$

214 頁 上から 2 行目

- (誤) ㊦は 1 歳以下
(正) ㊦は 1 歳未満