

「こういうことだったのか!! NPPV〈1版1刷〉」正誤表
(2017年7月現在)

このたびは「こういうことだったのか!! NPPV」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正・加筆させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

86 頁 上から12行目 (国際敗血症ガイドライン2016の項目内)

(誤) 敗血症性ARDS患者に対してのNIV (noninvasive ventilation) の使用を**推奨しない** (推奨度やエビデンスレベルの記載なし) .

(正) 敗血症性ARDS患者に対してのNIV (noninvasive ventilation) の使用の**推奨を行わない** (推奨度やエビデンスレベルの記載なし) .
(筆者注: 賛成 or 反対のいずれの立場もとらないの意)

86 頁 下から8行目

(誤) ...つながるかもしれない.

(正) ...つながるかもしれない. (中略) ARDS患者にNIVを使用するのであれば1回換気量を厳密にモニタリングすることを提案する.

86 頁 下から3行目

(誤) ...NPPVの使用が**慎重であるべきであるとされていましたが, 2016年のガイドラインにおいて禁止に近いものとなりました. もともと...**

(正) ...NPPVの使用は**やや慎重であったのですが, 2016年のガイドラインにおいては推奨の判断自体が保留となりました. もともと...**

87 頁 上から22行目

(誤) ...ガイドラインの**推奨変更につながったと思われ**ます.

(正) ...ガイドラインの**推奨変更につながったと思われ**ます. **また, NPPV機器に表示される換気量をしっかり観察し, 過大な換気量となっていないか観察する必要があります.**